



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO
I SOCIJALNU SKRB

KLASA: 510-05/17-01/13
URBROJ: 2189/1-10/03-17-2

Virovitica, 27. studenog 2017. godine

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
- o v d j e -

**Predmet: Prijedlog usvajanja Zaključaka o davanju suglasnosti
na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica
- dostavlja se -**

U privitku dopisa dostavljam Vam prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica Broj: 2189-43-01-8865/1 od 16. studenog 2017. godine o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn za nabavu bolesničkih kreveta i noćnih ormarića.

Temelj donošenja ovog Zaključaka sadržan je u odredbi članka 18. Statuta Virovitičko-podravске županije.

Sukladno navedenom predlaže se stavljanje prijedloga ovog Zaključaka na Dnevni red Županijske skupštine kao i usvajanje istog.

S poštovanjem.

Privitak: kao u privitku



PROČELNICA

Melita Sirovica, dipl.oec.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99., i 35/08) i članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 70/16.) te članka 18. Statuta Virovitičko-podravške županije („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravške županije broj 2/13) Županijska skupština Virovitičko-podravške županije na . sjednici održanoj . studenog 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Opće bolnice Virovitica
o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za
zaključivanje ugovora o nabavi
Višeslojnog CT uređaja

I.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn, Broj: 2189-43-01-8866/1 od 16. studenog 2017. godine.

Ugovor o nabavi Višeslojnog CT uređaja sklopiti će se s Siemens Healthcare d.o.o. iz Zagreba, Henzelova 70/a, u vrijednosti od 4.031.250,00 kn s PDV-om.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Virovitičko - podravške županije“.

KLASA: 510-05/17-01/15
URBROJ: 2189/1-10/03-17-

Virovitica, . studeni 2017. godine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK

Miran Janečić, oec.

OBRAZLOŽENJE

Opća bolnica Virovitica zatražila je od Virovitičko-podravske županije kao osnivača ove zdravstvene ustanove, suglasnost za zaključivanje ugovora o nabavi Višeslojnog CT uređaja čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn.

Opća bolnica Virovitica provela je otvoreni postupak javne nabave za nabavu Višeslojnog CT uređaja u kojem je izabrana ponuda ponuditelja Siemens Healthcare d.o.o., iz Zagreba, Heinzelova 70/a, čija pojedinačna ukupna vrijednost iznosi 4.031.250,00 kn (s PDV-om). Kako se radi o Ugovoru čija pojedinačna ukupna vrijednost prelazi 300.000,00 kn, sukladno članku 58 Zakona o ustanovama, članku 58 Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članku 16 stavku 1 točke 1 Statuta Opće bolnice Virovitica, za potpisivanje takvog ugovora potrebna je suglasnost osnivača ustanove.

Sukladno gore navedenom, a polazeći od dostavljene Odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn Broj: 2189-43-01-8866/1 od 16. studenog 2017. godine, prijedloga Ugovora kao i važećih akata Ustanove, predlaže se Županijskoj skupštini kao nadležnom tijelu osnivača, donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica.


IZRADILA

Mara Vidović, bacc.admin.pub.



PROČELNICA

Melita Sirovica, dipl.oec.



OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Virovitica, Ljudevita Gaja 21

Urbroj: 2189-43-01-8866/1

Virovitica, 16. studenog 2017. godine

Na temelju odredbe članka 16. stavka 1. točke 1. Statuta Opće bolnice Virovitica, Upravno vijeće Opće bolnice Virovitica na 27. sjednici održanoj 16. studenog 2017. godine donosi

ODLUKU

**o davanju prethodne suglasnosti
ravnatelju za zaključivanje ugovora
čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn**

I

- 1. PREDMET UGOVARANJA:** Višeslojni CT uređaj
CPV: 33115100-0, CT skeneri
- predmet nabave nije podijeljen na grupe
- 2. VRSTA POSTUPKA:** otvoreni postupak javne nabave
- 3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:** 17/17.
- 4. BROJ POZIVA NA NADMETANJE IZ ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA JAVNE NABAVE
REPUBLIKE HRVATSKE:** 2017/S 0F2-0020483 od 6.10.2017. godine
- 5. KRITERIJ ODABIRA PONUDE:** ekonomski najpovoljnija ponuda
- 6. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU I NAMJERI SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI
ZA PREDMET NABAVE:**
- u roku za dostavu ponuda pristigle su tri ponude za predmet nabave od kojih su dvije odbijene
- odabrani ponuditelj jedini je dostavio valjanu ponudu, u skladu s odredbama i zahtjevima dokumentacije o nabavi:

SIEMENS HEALTHCARE d.o.o.
OIB: 97824531898
Heinzelova 70/a
Zagreb

Cijena ponude (bez PDV-a): 3.225.000,00 kn
Ukupna cijena ponude (s PDV-om): 4.031.250,00 kn


II

Upravno vijeće daje prethodnu suglasnost ravnatelju Opće bolnice Virovitica da s odabranim ponuditeljem iz točke I zaključi ugovor o nabavi višeslojnog CT uređaja, a sukladno dokumentaciji o nabavi.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom zaprimanja suglasnosti osnivača.

Predsjednica Upravnog vijeća
Opće bolnice Virovitica
Jasna Abramović, dipl. iur.



PRIJEDLOG UGOVORA

OPĆA BOLNICA VIROVITICA, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, OIB: 82844035780 (u daljnjem tekstu kupac) koju zastupa ravnateljica Mirjana Peček, mag.oec..

SIEMENS HEALTHCARE d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70/a, OIB: 97824531898 (u daljnjem tekstu prodavatelj) kojeg zastupaju članovi uprave Neven Carev, dipl.ing. i Snježana Dubravka Petrovečki, dipl.oec.

sklopili su sljedeći

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI BR. _____

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je nabava **višeslojnog CT uređaja** (u daljnjem tekstu oprema), od prodavatelja, prema uvjetima ovog Ugovora, sukladno odabranoj ponudi od strane kupca i dokumentaciji o nabavi u otvorenom postupku javne nabave (evidencijski broj nabave: 17/17., broj objave O bavijesti o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: 2017/S 0F2-0020483 od 6.10.2017. godine, broj poziva na nadmetanje iz Službenog lista EU: 2017/S 192-393088 od 5.10.2017. godine), a koji je kupac proveo sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16).

Članak 2.

Ugovorena cijena nabave opreme iz članka 1. Ugovora iznosi:

3.225.000,00 kn (bez PDV-a)
4.031.250,00 kn (s PDV-om)

U ugovorenoj cijeni iz ovog članka uračunati su svi zavisni troškovi fco Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Odjel za radiologiju - istovareno, montirano, stavljeno u funkciju, edukacija osoblja kupca, upute na hrvatskom jeziku s pripadajućim prospektnim ili kataloškim materijalom te servis u jamstvenom roku kao i vezani radovi uz ovu nabavu:

- demontaža postojećeg CT uređaja i priprema uređaja za ekološko zbrinjavanje sukladno propisima Republike Hrvatske,
- izrada potrebnih kablskih kanala u podu i zidovima te razvod instalacija za novi CT uređaj sa svim svojim komponentama (novi CT sustav),
- preinaka postojeće rasvjete prostora prilagođene novom CT sustavu,
- postavljanje novog antistatičkog poda te bojanje zidova i stropova u prostoru montaže novog CT sustava,
- dobava, isporuka i ugradnja razvodnih ormara za napajanje CT sustava i spajanje na postojeću elektroenergetsku instalaciju. U ormare se ugrađuje oprema prema shemama koje će izraditi isporučitelj opreme, a sve prema važećim propisima i proračunu opterećenja usklađeno sa CT sustavom koja se nudi,
- dobava, isporuka i ugradnja osigurača i ostalog montažnog materijala za spajanje CT sustava,
- doprema i instalacija novog CT sustava i puštanje sustava u pogon,
- ishodenje mišljenja ovlaštene ustanove da prostor i montirani uređaj udovoljavaju uvjetima za izdavanje uporabne dozvole od strane Državnog zavoda za zaštitu od zračenja,
- ponuditelj je dužan izvršiti očevid prostora i postojećih instalacija potrebnih za montiranje novog CT sustava te provjeriti kompatibilnost s ponuđenim.

Ugovorena cijena fiksna je i nepromjenjiva.

Članak 3.

Jamstveni rok nakon puštanja u rad, odnosno primopredaje opreme iznosi 5 (pet) godina. Tijekom trajanja jamstvenog roka, prodavatelj jamči: besplatan, redovan rad na održavanju instalirane opreme te servis i dijagnostiku kvara u roku od 24 sata od prijave kvara. U slučaju da navedeni rok ističe u neradni dan, servis i dijagnostiku kvara potrebno je osigurati prvi radni dan.

Jamstveni rok iz prethodnog stavka ovog članka produžiti će se za vrijeme trajanja popravka ukoliko popravak traje duže od 10 (deset) dana.

Članak 4.

Prodavatelj je dužan besplatno isporučiti kupcu zamjenske dijelove tijekom trajanja jamstvenog roka.

Glavni dijelovi koji se poprave ili zamjene u jamstvenom roku iz prethodnog stavka imat će jamstvo od 12 mjeseci računajući od dana završenog popravka ili zamjene svakog pojedinog dijela.

Članak 5.

Servis, pričuvni dijelovi i potrošni materijal za rad opreme osigurani su kod prodavatelja koji jamči servisnu podršku minimalno 8 godina od dana stavljanja opreme u funkciju.

Članak 6.

Prodavatelj će izvršiti isporuku, montažu, edukaciju osoblja kupca i staviti u funkciju opremu iz članka 1. ovog Ugovora u roku ne dužem od 45 kalendarskih dana od dana sklapanja ovog Ugovora.

Prodavatelj je dužan odmah otkloniti nedostatke utvrđene prilikom primopredaje i nadoknaditi sve troškove i štete koje bi zbog nedostataka mogle proisteći.

Članak 7.

Ugovorenu cijenu kupac će uplatiti na račun prodavatelja na temelju ispostavljenog računa i primopredajnog zapisnika za isporučenu, postavljenu, instaliranu i puštenu u rad ugovorenu opremu, u roku do 60 dana od dana zaprimanja računa.

Prodavatelj se obvezuje da će na računu naznačiti broj ovog Ugovora.

Članak 8.

Prodavatelj se obvezuje u roku od 10 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora dostaviti kupcu (korisniku jamstva) jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne, bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti Ugovora bez PDV-a (cijene ponude bez PDV-a). Rok valjanosti bankarske garancije mora biti 30 dana dulji od isteka valjanosti Ugovora. Bankarska garancija bit će naplaćena u slučaju povrede ugovornih obveza od strane prodavatelja.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti prodavatelju nakon isteka Ugovora.

Članak 9.

Prodavatelj se obvezuje da neće bez pristanka kupca ustupiti trećemu svoja potraživanja prema kupcu.

Članak 10.

Na odredbe koje nisu ugovorene ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Svaki eventualni spor iz ili u vezi s ovim Ugovorom stranke će pokušati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Virovitici.

Članak 11.

Preslika obrasca ponudbenog lista, troškovnika, izjava prodavatelja o veličini fokusa i snazi generatora sastavni su dio ovog Ugovora.

Članak 12.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Ur.broj: 2189-43-01-
Virovitica,

Za prodavatelja:
SIEMENS HEALTHCARE d.o.o.
Članovi uprave:
Neven Carev, dipl.ing.

Za naručitelja:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ravnateljica:
Mirjana Peček, mag.oec.

Potpis _____

Potpis _____

Snježana Dubravka Petrovečki, dipl.oec.

Potpis _____

Podaci o javnom/sektorskom naručitelju

OPĆA BOLNICA VIROVITICA, LJUDEVITA GAJA 21, 33000, Virovitica, 82844035780

Odgovorna osoba naručitelja: Mirjana Peček, mag.oec.

Evidencijski broj nabave: 17/17.

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 2017/S 0F2-0020483

Datum slanja objave: 04.10.2017

Dodatni podaci naručitelja:

Podaci ponuditelja:

Puni naziv i adresa ponuditelja: Siemens Healthcare d.o.o., Heinzelova 70/A, 10000, Zagreb, Hrvatska

Adresa e-pošte: siemens.healthcare.rc-hr@siemens.com

Kontakt osoba ponuditelja: Miran Slade-Šilović

Broj telefona: 091/ 610-5736

Broj faxes: 01/ 610-5233

OIB/nacionalni identifikacijski broj : 97824531898

Broj računa (IBAN): HR2423600001102526382

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: Da

Dodatni podaci:

NEVEN
CAREV

Digitally signed by NEVEN
CAREV
DN: c=HR, o=SIEMENS
HEALTHCARE D.O.O.,
HR97824531898, l=ZAGREB,
cn=NEVEN CAREV,
serialNumber=HR838833467
51.1.5
Date: 2017.11.04 13:56:22
+01'00'

SNJEŽANA
DUBRAVKA
PETROVEČ
KI

Digitally signed by
SNJEŽANA DUBRAVKA
PETROVEČKI
DN: c=HR, o=SIEMENS
HEALTHCARE D.O.O.,
HR97824531898, l=ZAGREB,
serialNumber=HR15697933
519.2.5, cn=SNJEŽANA
DUBRAVKA PETROVEČKI
Date: 2017.11.03 13:36:36
+01'00'

PONUDBENI LIST

Za predmet / grupu: 1

Naziv predmet nabave/grupe: Višeslojni CT uređaj

Podaci ponude:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: **3.225.000,00**

Iznos poreza na dodanu vrijednost: **806.250,00**

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: **4.031.250,00**

Valuta ponude: HRK

Ponuda vrijedi do datuma: 15.02.2018

Ili mjeseci: ili dana: od isteka roka za dostavu ponuda.

Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor

Puni naziv i adresa podizvoditelja:	OIB/nacionalni identifikacijski broj:	Broj računa:	Predmet, količina ugovora o JN koji se daje u podugovor	Vrijednost pod ugovora (bez PDVa)	Postotni dio: (%)

TROŠKOVNIK

Redni broj	Naziv i opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina	Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)	Broj stranice u katalogu/prospektnom materijalu	Naziv ili šifra ili kataložki broj	Jedinična cijena bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4x8)
1.	VIŠESLOJNI CT UREDAJ	kom	1	DA	P1 str.1	SOMATOM Perspectives (128 slojna konfiguracija)	3.225.000,00	25%	3.225.000,00
1.1.	KUCIŠTE								
1.1.1.	Otvor: ≥ 700 mm			DA	P1 str.6, 11 str.1				
1.1.2.	Nagib kucišta: min. ±30°			DA	P1 str.6				
1.1.3.	Pojle skeniranja: minimalno 500 mm			DA	P1 str.6				
1.1.4.	Debljina jednog sloja prilikom akvizicije: u minimalnom rasponu od 0,6 do 10 mm			DA	P1 str.8, 11 str.1				
1.1.5.	Vrijeme rotacije u minimalnom rasponu od 0,6 do 1 sekunde			DA	P1 str.6				
1.1.6.	Minimalni broj rekonstruiranih slojeva u jednoj rotaciji: ≥ 128			DA	P1 str.8				
1.1.7.	Minimalan broj elemenata detektora: ≥ 47 000			DA	P1 str.8				
1.1.8.	Minimalan broj fizičkih detektorskih redova: ≥ 64			DA	P1 str.8				
1.2.	RTG CIJEVI I GENERATOR			DA	P1 str.7, 11 str.1				
1.2.1.	RTG napon cijevi: u minimalnom rasponu od 80 do 130 kV			DA	P1 str.7				
1.2.2.	RTG struja cijevi: u minimalnom rasponu od 20 do 940 mA			DA	P1 str.7				
1.2.3.	Toplinski kapacitet anode RTG cijevi: ≥ 6000 kWh			DA	P1 str.7				
1.2.4.	Većina malog fokusa sukladno IEC 60336: maksimalno 0,8 x 0,5 mm			DA	P1 str.7, 11 str.1				
1.2.5.	Većina velikog fokusa sukladno IEC 60336: maksimalno 1,0 x 0,9 mm			DA	P1 str.7, 11 str.1				
1.2.6.	Snaga generatora: ≥ 50 kW			DA	P1 str.7				
1.3.	LEŽAJ ZA PACIJENTA			DA	P1 str.8, 11 str.1				
1.3.1.	Vertikalno i horizontalno motorizirano pokretanje stola			DA	P1 str.8, 11 str.1				
1.3.2.	Najniži položaj ležaja: ≤ 450 mm			DA	P1 str.8, 11 str.1				
1.3.3.	Najviši položaj ležaja: ≥ 800 mm			DA	P1 str.8, 11 str.1				
1.3.4.	Područje skeniranja: ≥ 160 cm			DA	P1 str.8, 11 str.1				
1.3.5.	Najveće opterećenje stola: ≥ 200 kg			DA	P1 str.8				
1.4.	UPRAVLJAČKA KONZOLA			DA	P1 str.8				
1.4.1.	Sastav: računalo, min. 19" monitor ravnog ekrana rezolucije min. 1280 x 1024			DA	P1 str.9, 11 str.1				
1.4.2.	Pohranjivanje nekomprimiranih slika: minimalno 800 000 slika			DA	P1 str.9, 11 str.1				
1.4.3.	Pohranjivanje slika na prenosive medije min. CD-R/DVD-R i USB			DA	P1 str.9				
1.4.4.	Procesor minimalno „quad core“			DA	P1 str.9				
1.4.5.	Radna memorija (RAM) min: 8 GB			DA	P1 str.9				
1.4.6.	Sniimanje glasovnih instrukcija			DA	P1 str.11				
1.4.7.	Stol za smještaj upravljačke konzole			DA	P1 str.24				
1.5.	TOPOGRAM			DA	P1 str.11, 11 str.1				
1.5.1.	Pokazatelj pozicije presjeka, minimalno: a.p..a., lateralno			DA	P1 str.11				
1.5.2.	Najveća dužina topograma minimalno 150 cm			DA	P1 str.11, 11 str.1				
1.5.3.	Vizualizacija distribucije doze duž topograma prije skeniranja			DA	P1 str.16, 11 str.1				
1.5.4.	Manualni prekid zračenja ako je snimljena željena anatomija			DA	P1 str.16, 11 str.1				
1.6.	AKVIZICIA PODATAKA I PRIKAZ SLIKE			DA	P1 str.9, 11 str.1				
1.6.1.	Matrica rekonstrukcije: min. 512 x 512 piksela			DA	P1 str.9				
1.6.2.	Matrica prikaza : min. 1024 x 1024 piksela			DA	P1 str.9				
1.6.3.	Proširena HU skala: minimalni raspon od – 10 000 do +30 000			DA	P1 str.9				
1.6.4.	Visokokontrastna rezolucija kod 2% MTF (±10%) min. 15,6 lp/cm			DA	P1 str.23				

1.6.5.	Redukcija metalnih artefakata korištenjem dvostruke energije
1.6.6.	Pedijatrijski protokoli za djecu u svrhu smanjenja doze
1.6.7.	Otkidanje aktivacije bolusom kontrasta
1.6.8.	Iterativna rekonstrukcija u svrhu smanjenja doze
1.6.9.	Paralelni prikaz slike i akvizicija
1.7.	OBRADA SLIKA
1.7.1.	Oblik regije interesa, minimalno: poligon, krzunica, nepravilni oblik
1.7.2.	Višestruki prikaz ROI-a istovremeno
1.7.3.	Mjerenje distance
1.7.4.	Povećanje
1.7.5.	Kalkulacija volumena
1.7.6.	Mjerenje kuta
1.7.7.	Kino prikaz
1.7.8.	Oznaka slika
1.8.	PROGRAMI NA AKVIZICIJSKOJ KONZOLI
1.8.1.	Volumne rendering (VRT), MIP, MIPR, MiniIP
1.8.2.	CT angiografija
1.8.3.	Direktno generiranje aksialnih, sagitalnih, koronalnih slika iz standardnih protokola skeniranja
1.9.	MREŽNO POVEZIVANJE
1.9.1.	DICOM print
1.9.2.	DICOM storage (Send/Receive)
1.9.3.	DICOM Worklist
1.9.4.	DICOM Query/Retrieve
1.9.5.	DICOM MPPS
1.9.6.	DICOM Storage commitment
1.9.7.	DICOM Structured dose report
1.10.	DODATNA RADNA STANICA
1.10.1.	Min. 2 LCD monitora u boji dijagonale min. 24" i rezolucije min. 1920 x 1200 piksela
1.10.2.	2D obrada slike, MPR, MIP, VRT, uklanjanje stola i kostiju
1.10.3.	Softver za naprednu vaskularnu analizu (potpuno automatizirano praćenje i označavanje krvnih žila)
1.10.4.	Softver za CT kolonografiju
1.10.5.	Softver za automatsku segmentaciju lezija u plućima, limfnim čvorovima i ostalih općih lezija
1.10.6.	Softver za kvantifikaciju rasta tumora u vremenu
1.10.7.	Softver za detekciju plućnih nodula
1.10.8.	Dentalni softver
1.10.9.	Softver za neuro DSA
1.10.10.	Stol za smještaj radne stanice
1.10.11.	UPS za radnu stanicu
1.11.	DVOGLAVI CT INJEKTOR KONTRASTA
2.	Proizvođač/zemlja porijekla:
3.	Godina proizvodnje:
4.	Rok isporuke od datuma potpisivanja ugovora (ne dužem od 45 kalendarskih dana), u danima:
5.	Servisna podrška osigurana kod ovlaštenog servisa od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (minimalno 8 godina):
6.	Naziv i adresa ovlaštenog servisa:

CIJENA PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (ZBROJ SVIH UKUPNIH CIJENA STAVKI) *

* Napomena: U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uključeni sav materijal i radovi vezani uz predmet nabave, sukladno točki 2.1. dokumentacije o nabavi.

DA	P1 str.19
DA	P1 str.16
DA	P1 str.16
DA	P1 str.16
DA	P1 str.9, 11 str.1
DA	P1 str.13, 11 str.1
DA	P1 str.13
DA	P1 str.13
DA	P1 str.13
DA	P1 str.13
DA	P1 str.13, 11 str.1
DA	P1 str.13
DA	P1 str.12
DA	P1 str.13
DA	P1 str.13
DA	P1 str.14, 11 str.1
DA	P1 str.14
DA	P1 str.11
DA	P1 str.13
DA	P1 str.13
DA	P1 str.13
DA	P1 str.13
DA	P1 str.13
DA	P1 str.16
DA	P2 str.2, 11 str.1
DA	P3 str.2
DA	P2 str.2,3
DA	P2 str.4, 11 str.1
DA	P2 str.5
DA	P2 str.5
DA	P2 str.5
DA	P2 str.5
DA	P2 str.6
DA	P2 str.2, 11 str.1
DA	11 str.1
DA	P4 str.1, 2

Siemens Healthcare GmbH / Njemačka

2017.

45 kalendarskih dana od datuma potpisivanja ugovora

8 godina od datuma stavljanja u funkciju

Siemens Healthcare d.o.o., Heinzelova 70/A, Zagreb

3.225.000,00

OPĆA BOLNICA VIROVITICA
LJUDEVITA GAJA 21
33000 VIROVITICA

IZJAVA O VELIČINI FOKUSA I SNAZI GENERATORA

Postupak javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave broj 2017/S OF2-0020483,
Naručitelj: Opća bolnica Virovitica, Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
Predmet nabave: višeslojni CT uređaj

Ovime mi, Siemens Healthcare d.o.o., Heinzelova 70/A, Zagreb, izjavljujemo da višeslojni CT uređaj koji nudimo u
uvodno navedenom postupku javne nabave ima sljedeće tehničke značajke:


- 1.1. Veličina velikog fokusa sukladno IEC 60336: 0,8 x 0,7 mm
- 1.2. Snaga generatora 55 kW

Zagreb, 30.10.2017.

Siemens Healthcare d.o.o.


Neven Carev, dipl.ing.

direktor



Snježana Dubravka Petrovečki, dipl.oec.

direktor




Siemens Healthcare d.o.o.	
Zagreb, Heinzelova 70/A	01

Siemens Healthcare d.o.o.
Članovi uprave: Neven Carev, Snježana Dubravka Petrovečki

Heinzelova 70a
HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 (1) 6105 494
www.siemens.com/healthcare

Sjedište i poslovna adresa: Heinzelova 70/A, 10000 Zagreb, Hrvatska; IBAN: Zagrebačka banka d.d., Zagreb HR2423600001102526382;
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb HR3024040081107616766, Temeljni kapital: HRK 20.000,00 (uplaćen u cijelosti).
Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 081010765.
Porezni broj: HR97824531898, OIB 97824531898.



OPĆA BOLNICA VIROVITICA
LJUDEVITA GAJA 21
33000 VIROVITICA

IZJAVA O JAMSTVENOM ROKU

- Postupak javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave broj 2017/S OF2-0020483,
Naručitelj: Opća bolnica Virovitica, Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
Predmet nabave: višeslojni CT uređaj


Ovime mi, Siemens Healthcare d.o.o., Heinzelova 70/A, Zagreb, izjavljujemo da za ponuđeni predmet nabave u
uvodno navedenom postupku javne nabave nudimo jamstveni rok u trajanju od 5 (pet) godina od dana
kvalitativne i kvantitativne primopredaje.

Zagreb, 31.10.2017.

Siemens Healthcare d.o.o.

Neven Carev, dipl.ing.

direktor



Snježana Dubravka Petrovečki, dipl.oec.

direktor



Siemens Healthcare d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70/A ©	01
--------------------------------------------------------	----

Siemens Healthcare d.o.o.
Članovi uprave: Neven Carev, Snježana Dubravka Petrovečki

Heinzelova 70a
HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 (1) 6106 494
www.siemens.com/healthcare

Sjedište i poslovna adresa: Heinzelova 70/A, 10000 Zagreb, Hrvatska; IBAN: Zagrebačka banka d.d., Zagreb HR2423600001102526382;
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb HR3824840081107616766, Temeljni kapital: HRK 20.000,00 (uplaćen u cijelosti).
Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 081010765.
Porezni broj: HR97824531898, OIB 87824531898.

SCF 04/2016 V16.05

Stranica 1 of 1

